



Reisa Džemaludina Čauševića 1, 76100 Brčko distrikt BiH; Tel. Centrala: 049/217-422
Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 76100 Брчко дистрикт БиХ; Тел. Централa: 049/217-422

Broj: 318/22-1

Datum 8.2.2023. godine

Mjesto, Brčko

Temeljem članka 32. Statuta Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 05-UO-14/13, sukladno članku 25. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14 i 59/22), direktor Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikta BiH, donosi:

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Članak 1.

Dodjeljuje se okvirni sporazum o javnoj nabavi po otvorenom postupku za nabavu reagenasa za potrebe laboratorije Doma zdravlja, najpovoljnijem ponuditelju:

1. „Broma bel“ doo Banja Luka sa ponudom u iznosu od 38.467,85 KM sa PDV-om.

Članak 2.

Novčana sredstva za financiranje nabave iz članka 1. Osigurana su u Financijskom planu ustanove.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Temeljem zahtjeva za nabavu broj 318/22-315 od 21.12.2022. godine i Obavijesti o nabavi broj: 509-1-1-4-3-5/23 objavljene na portalu javnih nabava 06.01.2023. godine i čiji je sažetak objavljen u „Službenom Glasniku BiH“ za nabavu reagenasa za potrebe laboratorije Doma zdravlja a sukladno članku 25. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) proveden je otvoreni postupak.

- Vrsta postupka: **OTVORENI**,
- E – Aukcija – **DA**,
- Podjela na lotove: **NE**,
- Okvirni sporazum: **DA I TO NA 12 MJESECI**,

Komisija za javne nabave je imenovana Odlukom direktora Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“ broj 318/22-315 od 05.01.2023. godine u sastavu:

1. Petar matić, predsjedatelj,
2. Marina Ostrihon, član,
3. Jovana Simikić, član,
4. Adnan Merić, tajnik.

Komisija u gore navedenom sastavu je dana 31.01.2023. godine u 12,05 sati u prostorijama Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“ – Dom zdravlja (dvorana za edukaciju) pristupila otvaranju pristiglih ponuda.

Prije samog čina otvaranja ponuda se konstatira da su do momenta naznačenog u obavijesti o nabavi stigle sljedeće ponude i to:

1. „Broma bel“ doo Banja Luka

Sve pristigle ponude su uredno zatvorene. Sekretar Komisije je numerisao pristigle ponude. Na otvaranju ponuda nisu bili prisutni predstavnici ponuđača.

Ponude su numerirane i otvarane po redoslijedu njihovog prispjeća i tom prilikom se konstatira naziv ponuđača i iznosi ponuda.

Otvaranje ponuda završeno je u 12,10 sati, te je nakon što su prisutni potpisali zapisnik sa otvaranja ponuda svim predstavnicima ponuđača poslan zapisnik na e-mail adresu firme, sukladno članku 63. stavak 6. Zakona.

Dana 01.02.2023. godine Komisija za nabave se sastala na zatvorenoj sjednici radi analize, ocjene i rangiranja ponuda i tom prilikom se konstatira sljedeće:

1. Ponuđač „**Broma bel**“ doo Banja Luka je priložio traženu dokumentaciju,
 - Vrijednost ponude u KM bez PDV-a iznosi – **navedeno u rang listi,**

Članovi komisije Marina Ostrihon i Jovana Simikić su pregledali pristigle ponude i ocijenili su da je ponuđač „**Broma bel**“ doo Banja Luka ispunio sve zahtjeve iz tehničke specifikacije kao i da je dostavio potrebne dokaze sukladno **Aneksu – 2 – Obrazac za dostavljanje ponude - točka 10** - ponuđači su uz ponudu dužni dostaviti aplikacije sa svim parametrima za svaki reagens posebno: opšti parametri, reakcioni parametri (količina reagensa potrebna za analizu, vremenski ciklusi reakcije, formule za izračunavanje mABS), parametri slijepe probe u reakciji (formula za izračunavanje mABS, vremenski ciklusi slijepe probe), parametri uzorka, parametri provjere (reagens limit, znak finalne ABS, znak funkcije, test limit, max ABS delta, finalna ABS, hook efekt) za serum i urine, formula za izračunavanje max ABS delta.

Ponuđač je u obavezi da aplikuje sve gore navedene stavke na aparatu za svaku analizu, podesi sve parametre kalibracija i kontrola, uradi sve kalibracije reagenasa, uradi normalne i patološke kontrole. Dobijene vrijednosti kontrola moraju biti unutar 1 SD koju preporučuje proizvođač kontrola za svaki analit.

Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu da izvrši će izvršiti gore navedene obaveze u roku od 2 dana od zahtjeva ugovornog organa kao i dostaviti izjavu da će ovlaštena osoba od strane ponuđača koji postavlja aplikacije biti dostupna na poziv ugovornog organa oko rješavanja problema vezano za aplikaciju reagenasa. Ovlaštena osoba mora biti dostupna da dođe na poziv ugovornog organa u roku od 24 sata.

Dostaviti originalna uputstva za upotrebu za sve tražene reagense kontrole i kalibratore. Na originalnom uputstvu za upotrebu reagenasa označiti pakovanja koja su ponuđena. Dostaviti originalna uputstva za kontrole i kalibratore sa sadržajem analita.

Za CRP kalibratore dostaviti list sa koncentracijom. Kontrolni i kalibracioni materijali moraju da budu u skladu sa ponuđenim metodama biohemijских reagenasa i od istog proizvođača biohem. reagenasa.

Za stavke 21,22, i 23 dostaviti uputstva MSDS listove iz kojih je vidljiv traženi sadržaj.

Predsjedatelj komisije Petar Matić je pregledao ponude i ocijenio da su sve pristigle ponude ispunile zahtjeve iz tenderske dokumentacije vezano za član 45. i član 46. ZJN.

Nakon što je detaljno pregledana sva dostavljena dokumentacija u pristiglim ponudama, konstatirano je da su prihvatljive (ponuđači dostavili potrebnu dokumentaciju i ispunili zahtjeve iz tehničke specifikacije) odnosno zadovoljavaju postavljene uvjete sljedeće ponude i to:

1. „Broma bel“ doo Banja Luka.

Komisija za nabave je izvršila računsku kontrolu prihvatljivih ponuda te je tom prilikom utvrđeno da postoji ne postoji računska pogreška.

Ocjena je izvršena sukladno kriteriju „Najniža cijena“.

Temeljem gore navedenog Komisija je izvršila prvobitno rangiranje ponuđača na sljedeći način:

REDNI BROJ	DOKAZ O REGISTRACIJI REAGENASA	IZNOS PONUDE U KM BEZ PDV-a	NAZIV PONUĐAČA
1.	DA	32.878,50	„Broma bel“ doo Banja Luka

Analiza ponuda je završena 02.02.2023. godine.

E-aukcija:

U skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e – aukcije, u slučaju jedne prihvatljive ponude E – aukcija se ne može zakazati nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavama (zaključenjem ugovora o javnoj nabavi ili poništenjem postupka javne nabave). U ovom postupku je pristigla jedna prihvatljiva ponuda pa iz tog razloga nije bila zakazana e – aukcija.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema iste Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog tijela, sukladno Zakonu o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22).

Direktor JZU „Zdravstveni centar Brčko“
Brčko distrikt BiH
Emir Osmanović dipl. oec

Dostaviti:

1. svim zainteresiranim stranama putem Službe za nabavu
2. službi za financije
3. portparolu Zdravstvenog centra
4. dom zdravlja; laboratorija – podnositelj zahtjeva za nabavu
5. u spis predmeta